

# Getinge Check

## Bowie-Dick Test Pack 134°C

Getinge Check Bowie-Dick testovací balíček je určen pro každodenní kontrolu sterilizátorů pracujících při teplotě 134°C.

Testovací balíček je uložen v kartonu s jednoduchým otevíráním a určen pro sterilizátory s několika fázemi odvodu vzduchu podle normy EN ISO 11140-4.



### Výkonnostní charakteristika

Pokud sterilizátor pracuje správně, indikátorový obrazec se zbarví z modré na černou po celé ploše. Pokud jsou však ve sterilizační komoře zbytky vzduchu nebo nekondenzovatelných plynů, část indikátorového obrazce se nezbarví správně. Jako poslední se zbarvuje prostřední část archu. Nejtypičtější je potom modrý bod nebo světlejší šedé zbarvení uprostřed.

### Fyzikální parametry

- \* **Laminace:** dvě sady archů filtračního papíru a jeden jednostranně laminovaný arch testu
- \* **Rozměry ind. archu:** 125 x 95 mm
- \* **Rozměry balíčku:** 128 x 98 x 17 mm
- \* **Balení:** 1 krabice obsahuje 30 balíčků

### Vnější prostředí

Skladování: skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %. Chraňte před světlem a nevystavujte vysokým teplotám, chemikáliím.

### Doba použitelnosti

36 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

### Klasifikace dle standardů

EN ISO 11140-4, ISO 11140-1  
typ 2 indikátory pro zvláštní zkoušky

### Objednací údaje

Getinge Checked  
Bowie-Dick testovací balíček

Objednací číslo  
600 115 490