

Getinge Assured

Multicritical Process Variable Indicator (Formaldehyde)

Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator (Formaldehyde) je koncipován pro kontrolu sterilizačních cyklů v nízkoteplotních formaldehydových sterilizátorech (LTSF)

Při použití podle uvedených pravidel podává vizuální potvrzení o tom, že vložené předměty byly vystaveny sterilizaci, během které došlo k dosažení správných parametrů - teploty, času a koncentrace formaldehydu podle normy EN ISO 11140-1. Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator (Formaldehyde) je jeden ze systémů kontroly infekce.



Výkonnostní charakteristika

Indikátorová skvrna na Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator (Formaldehyde) se při expozici ve správných podmínkách zbarví z červené na zelenou

Určené hodnoty

70 °C pro 2M koncentraci formaldehydu
6 minut

Fyzikální parametry

- * **Rozměry:** 101 mm x 19 mm
- * **Balení:** 250 indikátorů v uzavíratelném sáčku, který výrobek chrání před vlhkostí

Vnější prostředí

Skladování: skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %.
Chraňte před světlem a nevystavujte vysokým teplotám.

Doba použitelnosti

24 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

Klasifikace dle standardů

EN ISO 11140-1, typ 4

Objednací údaje

Getinge Assured
Multicritical Process Variable Indicator
(Formaldehyde)

Objednací číslo
504050900