

# Getinge Assured

## Multicritical Process Variable Indicator L (Steam)

Getinge Assured multiparametrový indikátor L pro parní sterilizaci je koncipován jako test parní sterilizace při teplotách 132 - 134 st.C na 3 minuty a déle a na 121 st.C na 9 minut a déle.

Test poskytuje vizuální kontrolu dosažení sterilizačních parametrů parní sterilizace (čas, teplota a pára podle normy EN ISO 11140-1. Indikátor může být rozdělen na dvě poloviny.



### Charakteristika výrobku

Getinge multiparametrový indikátor L pro parní sterilizaci obsahuje chemickou skvrnu, jejíž barva se během sterilizace při správných podmínkách změní ze světle žluté na černou

### Stanovené hodnoty

134 st.C/2,5 min    132 st.C/3 min    121 st.C/9 min

Tyto hodnoty jsou stanoveny podle rezistometru. Koncový bod podle rezistometru se může lišit od koncového bodu při sterilizačním cyklu ve sterilizátoru.

### Fyzikální vlastnosti

Rozměry: 195 x 14 mm

Balení: 250 kusů v uzavíratelném sáčku (proti vlhkosti)

### Skladování

Skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38 st.C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %  
Chraňte výrobek před oxidačními činidly.

### Trvanlivost

36 měsíců, datum expirace je uvedeno na obalu výrobku

### Zařazení dle norem

EN ISO 11140-1, typ 4

### Objednací kód

Multiparametrový indikátor L pro páru

504051800