

# Getinge Assured

## Wash Monitor Ultrasonic

Getinge Assured Wash Monitor jednorázový test se syntetickou testovací skvrnou pro rutinní kontrolu mycích procesů v UZV čističkách.

Test se vkládá do držáku Wash Monitor Holder a celá sada se ukládá do mycí lázně.



### Výkonnostní charakteristika

Modrá indikátorová skvrna imituje znečištění lidskou krví a tkání. Odmytí celé testovací skvrny indikuje správnou účinnost mytí.

### Fyzikální parametry

Wash Monitor Ultrasonic se skládá z kovového proužku s testovací skvrnou simulující znečištění

\* **Rozměry:** 89 x 25 mm

\* **Podkladový materiál:** kov

### Vnější prostředí

Skladování: skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %.  
Chraňte před dezinfekcemi a chemickými parami.

### Doba použitelnosti

24 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

### Klasifikace dle standardů

V souladu s ISO 15883, pravidelná kontrola myček a dezinfekčních zařízení

### Objednací údaje

Getinge Assured  
Wash Monitor Ultrasonic 50 pcs  
Wash Monitor Holder

Objednací číslo  
503865200  
503864800