


Getinge Assured

Helix Test 3.5

Getinge Assured Helix test 3.5 ověřuje kvalitu od-vzdušnění a následné penetrace páry, úroveň expozice a dosažení dostatečné úrovně vakua nutné pro správnou sterilizaci dutých nástrojů.

Helix test 3.5 je vhodný ke každodennímu použití pro monitoring parní sterilizace podle normy EN 867-5. Je koncipován jako nezávislé testovací kontrolní tělísko.



Charakteristika výrobku

Getinge Assured helix test 3.5 je sadou opakovaně použitelného tělíška a jednorázových testovacích proužků s chemickým indikátorem. Pokud je během sterilizačního cyklu dosaženo správných parametrů, barva testovací skvrny se změní z růžové na černou. Proužky jsou samolepicí a mohou být uchovávány.

Fyzikální vlastnosti

Výrobek je na horní straně laminovaný

Velikost proužku: 77 x 6 mm

Balení: 1 helix tělíško a 250 indikátorů

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě 10 - 38 st.C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 % Chraňte výrobek před vlhkem. Nevystavujte indikátorové proužky zdrojům světla.

Trvanlivost

24 měsíců, datum expirace je uvedeno na obalu výrobku

Zařazení dle norem

EN 867-5

Objednací kód

Helix test 3.5

504052700